

Kontrolní přístroje odvaděčů kondenzátu

VKP-Ex povrchově detekuje zvuk šířící se tělesem právě pracujícího odvaděče kondenzátu. Tato ultrazvuková chvění se v měřicím přístroji převádějí na elektrický signál a jsou znázorněna pomocí ukazatele na stupnici.

